



**ARKONA**

[WWW.ARKONA.FR](http://WWW.ARKONA.FR)

2021



# CREATE

## MATÉRIAU DENTAIRE PHOTOPOLYMERISABLE EN COMPOSITE

### INDICATIONS

- restauration antéro-postérieure de la classe I à la classe V
- attelle de contention permanente et temporaire
- restauration prothétique temporaire
- réparation des restaurations prothétiques en composite acrylique
- réparation des facettes en composite et en céramique

Disponible en seringue de 6 g

# COMCORD

## SYSTÈME PHOTOPOLYMÉRISABLE COMPOSITE – FIBRE – COMPOSITE

### INDICATIONS

- le support pour restaurations permanentes tels que:  
amalgames, couronnes, couronnes  
endodontiques, inlays, onlays et  
bridges
- les attelles de dents mobiles
- les attelles avec restauration des  
dents manquantes
- les appareils de contention  
orthodontiques

La COMCORD est un produit prêt  
à l'emploi qui ne nécessite aucun  
traitement avant installation.

Disponible en paquets contenant 1 fibre





**Bridge** - une dent manquante,  
adjonction d'une dent



**Grosse obturation dentaire, inlays/onlays**  
- destruction importante de la couronne  
dentaire, sans ancrage radiculaire



**Couronne** en composite  
sur un moignon reconstruit



**Attelles de contention**  
- dents lâches



**Endocouronne** - destruction massive  
de la dent tout en maintenant une partie  
de la couronne, après le traitement du canal  
radiculaire



**Attelle-bridge**  
- dents lâches, une dent manquante

# FLOW-COLOR


## COMPOSITE FLUIDE

### INDICATIONS

- les pertes de classe : I, II, III, IV, V
- scellement couleur
- scellement avec préparation des sillons
- obturation des cavités des dents de lait et des dents permanentes préparées par le procédé de l'abrasion par air

Disponible en seringue de 1 g






Marquage et scellement des entrées de canaux dentaires après un traitement endodontique



Protection de l'émail dentaire pendant le retrait d'un appareil ou d'une attelle de contention temporaire



Protection de l'émail dentaire lors de l'enlèvement du composite après l'augmentation de la hauteur de contention



Possibilité de surveiller l'usure du produit de scellement des puits et sillons chez les enfants



Amélioration de l'esthétique de toute restauration dentaire



# PERIOFLUSH

## KIT D'IRRIGATION DES POCHEs PARODONTALES

### INDICATIONS

- poches parodontales
- au-dessous des restaurations de la classe II
- dents à l'éruption difficile, notamment les dents de sagesse
- après le détartrage
- enflure des gencives sous les prothèses dentaires
- au-dessous des travaux prothétiques tels que bridges ou couronnes
- avant l'extraction de la dent, les poches parodontales voisinant la dent à extraire
- au-dessous des appareils orthodontiques

Disponible en set de 10 seringues de 3 ml



# SILKFLOW

## COMPOSITE FLUIDE

### INDICATIONS

- restauration antéro-postérieure de la classe I à la classe V
- attelle de contention permanente et temporaire
- scellement des puits et sillons
- réparation des facettes en composite et en céramique

Disponible en seringue de 2 g ou en set de 3 seringues de 2 g





# BOND

## SYSTÈME ADHÉSIF DENTAIRE

### INDICATIONS

Le système adhésif dentaire BOND sert au collage des restaurations en résine composite sur tissus durs de la dent, scellement des hiatus marginaux, diminution du retrait de polymérisation, préparation des surfaces des travaux prothétiques avant la cimentation avec des ciments en composite à double durcissement.

Disponible en flacon de 4 ml





**ARKONA**

[WWW.ARKONA.FR](http://WWW.ARKONA.FR)